

Открытое акционерное общество  
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

**ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ**

Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  
улица Кузьмина, дом 51, тел/факс: 8 (34643) 4-10-74 8 (34643) 4-64-34


Техническое задание  
на рулетку ММС Д-2401  
R3 715538 1 полуг. 2015г.

Количество комплектов – 2 комплекта.

Модель:  
2401-SR15MCBSO.

№ п/п	Характеристика	Значение
1	Погрешность датчика при измерении уровня, мм.	1
2	Диапазон измерения жидкости, °м	0 ...15
3	Рабочая температура окружающей среды, °С.	-42...+88
4	погрешность измерения, мм	+/- 2
5	Цена деления ленты рулетки, мм.	1
6	Питание расходомера, В	9
7	Взрывозащита	Baseefa Ex ia ПВ Т4
8	Маркировка ленты рулетки	Метрическая/ Ед. измерения
9	Представление показаний	Звуковое/ Визуальное
10	Дополнительно аккумулятор питания	

Главный метролог ОАО «СН-МНГ»



Д.В. Чернов